



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 644042, Россия, Омская область, городской округ Омск, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 18/13

Основной государственный регистрационный номер 1035511016881.

Телефон: +73812396307 Адрес электронной почты: info@etpribor.ru

в лице Генерального директора Куликова Валерия Александровича

заявляет, что Вольтметры ЦВ2101, амперметры ЦА2101, ваттметры ЦЛ2132, ЦЛ2134, варметры ЦЛ2133, ЦЛ2135, частотомеры ЦД2101.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644042, Россия, Омская область, городской округ Омск, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 18/13

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.43.110-066-71064713-2018 «Приборы электроизмерительные цифровые щитовые типа «2100».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9030331000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 001-04-23-ВТ, 002-04-23-ВТ от 03.04.2023 года, выданных Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

обоснования безопасности; руководства по эксплуатации

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997)

"Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний" (раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2). Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.04.2028 включительно.

Куликов Валерий Александрович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.28146/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.04.2023